



N° MUESTRA/INFORME

975804

FECHA ENTRADA MUESTRA:
(SAMPLE ENTRY DATE)
FECHA INICIO ENSAYO:
(TEST START DATE)
FECHA FINAL ENSAYO:
(TEST END DATE)
FECHA EMISIÓN
(Date of report)

06/05/2025

06/05/2025

10/05/2025

12/05/2025



CÓD.CLIENTE (CUST. CODE): 16243

CLIENTE (CUSTOMER): COMUNIDAD DE REGANTES DE ENGUERA

DIRECCIÓN (ADDRESS): AVDA. DIPUTACION, S/N

C.P. (POSTAL CODE): 46810

POBLACIÓN (LOCATION): ENGUERA

TELÉFONO (PHONE NUMBER):

MUESTREO EXTERNO (EXTERNAL SAMPLING)(*)

TIPO DE MUESTRA (*)(#):
(SAMPLE TYPE)AGUA CONTINENTAL NO
TRATADADESCRIPCION KUDAM:
(KUDAM DESCRIPTION)

AGUA

CANTIDAD DE MUESTRA:
(SAMPLE AMOUNT)2000 ml. EN ENVASE DE
PLASTICO

REFERENCIA CLIENTE (*)(#): CUARRAL

(CUSTOMER REFERENCE)

TOMA DE LA MUESTRA: 05/05/2025 A LAS 16:00H

ANÁLISIS SOLICITADO (REQUESTED ANALYSIS) menú servicios (service list) R-356 : BIO013a+BIO100ac+BIO125a+PMB001a

Este informe solo afecta a la muestra sometida a ensayo y tal como se recepcionó en el laboratorio.
This report only affects the sample tested and as received by the laboratory.

Este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de este laboratorio.
This report can not be reproduced partially without the written approval of the laboratory.

(*)(#): El laboratorio no se hace responsable de la información facilitada por el cliente sobre la muestra objeto de ensayo.
(*)(#): Information provided by the client. LAB is not responsible for it.

DETERMINACIONES MICROBIOLÓGICAS / Microbiological Parameters	RESULTADO (Result)	INCERT. (Uncert.)	MÉTODO (Method)	VALORES MÁXIMOS(1) Max. Values (1)
DETECCIÓN SALMONELLA spp.	No detectado en /100ml	No Aplica	MIAV091	
RECuento COLIFORMES TOTALES (NMP)	2.5×10^2 NMP/100 ml	No Aplica	UNE-EN ISO 9308-2:2014	
RECuento E.COLI (NMP)	1 NMP/100 ml	No Aplica	UNE-EN ISO 9308-2:2014	

ABREVIATURAS: **N.A.:** No Aplica **Incet.:** Incertidumbre **Rto.:** Recuento **NMP:** Número Más Probable **UFC:** Unidades Formadoras de Colonias

(2) LA INCERTIDUMBRE HA SIDO CALCULADA Y SE ENCUENTRA EN EL LABORATORIO A DISPOSICIÓN DEL CLIENTE QUE LO SOLICITE.
UNCERTAINTY IS CALCULATED AND AVAILABLE IN THE LABORATORY AT CUSTOMER REQUEST

(1) Comentarios (Notes):

El envase en el que se recibe la muestra para el análisis microbiológico no es adecuado, los resultados pueden verse afectados.

✓ B° DIRECTOR TÉCNICO:
Teresa Pardo Sánchez

LABORATORIO KUDAM S.L.U.
CIF B03623543
PI CAÑADA DE PRAES - C/PINTORES, 41
03190-PILAR DE HORADADA-ALICANTE
T:966 766 403 | pedidos.kudam@tentamus.comConsulta nuestra
Política de Protección de Datos, Política
Comercial y Condiciones Genrales.Los ensayos marcados con (*) no están
amparados por la acreditación de ENAC